


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "20" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "20" сентября 2016г.

АКТ № 1605.
 допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 35 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 35.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ПНД. ИП Ганиев Б.М.

в следующем составе оборудования:

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 1391 | 191 Гкал | на приборе 1 шт. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 150 Т1 | 201014318 | 7612 т | на приборе 1 шт. | 17.07.2015 | 17.07.2019 |
| МФ Ø 150 Т2 | 201013589 | 5710 т | на приборе 1 шт. | 07.07.2015 | 07.07.2019 |
| КТСП-Н t1 | 15262 | 59 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н t2 | 15262 | 46 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181743 | 6,0 кгс/см ² | | 13.11.2015 | 13.11.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 181795 | 5,9 кгс/см ² | | 13.11.2015 | 13.11.2019 |
| МФ Ø 40 гвс Т3 | 201014186 | 2037 т | на приборе 1 шт. | 16.07.2015 | 16.07.2019 |
| МФ Ø 25 гвс Т4 | 201010574 | 634 т | на приборе 1 шт. | 11.07.2015 | 11.07.2019 |
| КТСП-Н гвс t3 | 15214 | 59 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н гвс t4 | 15214 | 46 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| часы работы | | 576 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| По тепловой энергии | допускается | До начала отопительного сезона 2017-2018 гг. |
| По горячей воде | допускается | До 28.05.2019 г. |

Представители:





Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
